
Avertissements de sécurité

Vous êtes priés de lire attentivement les avertissements de sécurité suivants avant toute utilisation de l'appareil :

1. L'utilisation de l'appareil est vivement déconseillée aux personnes se trouvant dans les situations suivantes :

- 01** Les personnes chez qui le médecin a diagnostiqué une thrombose, embolie ou varices sévères.
- 02** Les femmes enceintes et jusqu'à 3 mois après l'accouchement.
- 03** Les patients souffrant d'une maladie cardiaque sévère.
- 04** Les patients souffrant de démence ou d'épilepsie incontrôlable.
- 05** Les personnes ayant perdu la perception de la température en raison notamment de troubles circulatoires périphériques importants dus à un diabète sucré sévère.
- 06** Les personnes atteintes d'une fracture en cours de traitement.
- 07** Les enfants de moins de 8 ans.

2. Les personnes se trouvant dans les situations suivantes doivent obligatoirement consulter leur médecin avant toute utilisation :

- 01** Les femmes entre 3 mois et 6 mois après l'accouchement.
- 02** Les personnes dont la température corporelle est supérieure à la normale en raison de symptômes inflammatoires aigus et de frissons.
- 03** Les patients souffrant d'une maladie cutanée aiguë, tumeur maligne ou autres maladies de la peau (escarres).
- 04** Les personnes dont les muscles sont affaiblis.
- 05** Les personnes atteintes d'une sciatique ou d'une entorse cervicale aiguë.
- 06** Les personnes atteintes d'ostéoporose.
- 07** Les personnes utilisant des dispositifs médicaux électroniques implantables, tels que des stimulateurs cardiaques.
- 08** Les personnes ayant une autonomie restreinte.
- 09** Les personnes en situation d'invalidité.

3. Les enfants entre 8 ans et 12 ans ne doivent pas utiliser l'appareil sans la supervision d'un adulte.